

質 疑 回 答 書

- 1 番号 新潟市公告 58号
- 2 品名 睡眠中事故防止対策機器（体動センサ）

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>仕様書 4. 規格 について</p> <p>(1) 『5年以上の耐用年数を有し、最低1年間を保証期間とする。』とありますが、本体の保証期間は設置から4年間、センサーパッド保証期間は2年間で、保証期間後に交換用センサーパッドをお届けするという製品で入札可能でしょうか。（実質4年間保証になります）</p> <p>(8) 『製品の対象体重が、1.5kgから15kgまでの使用に対応できること』とありますが、対象体重が2kgから15kgまでの範囲の製品で入札可能でしょうか。</p>	<p>・耐用年数については、5年以上の条件を満たすことができれば入札可能ですが、耐用年数の記載がない場合は入札いただけません。</p> <p>保証期間については、本体は4年間、センサーパッドは2年間であり、1年間以上となるため、要件を満たすと考えます。</p> <p>・対象体重が2kgから15kgまでの範囲の製品は、1.5kgから2kgまでの体重に対応できず、仕様に合致しないため、入札いただけません。</p>